

Aghi e adattatori sterili per prelievi multipli e singoli

Gli aghi sterili per prelievi multipli e singoli e gli adattatori Luer sterili, sono marchiati CE come da Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici" DM, ora emendata.

Per i Dispositivi Medici sono disponibili i certificati da Ente Notificato (ad esclusione dei prodotti rientranti nella Classe I non sterile) e le dichiarazioni di conformità CE.



Codice	Descrizione	Colore	Scadenza	Pezzi per conf.
2915164	Aghi sterili per prelievo multiplo con gommino antigoccia 18G x 1½"	Rosa	36 mesi	100
2915176	Aghi sterili per prelievo singolo 18G x 1½"	Rosa	36 mesi	100
2926502	Aghi sterili per prelievi multipli 20G 1½" (Ø 0,9 x 38 mm)	Giallo	36 mesi	100
2926504	Aghi sterili per prelievi multipli 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm)	Verde	36 mesi	100
2926506	Aghi sterili per prelievi multipli 22G 1½" (Ø 0,7 x 38 mm)	Nero	36 mesi	100
2926537	Adattatore Luer sterile (Ø 0,9 mm)	Azzurro trasp.	36 mesi	100