

Aghi sterili per prelievi multipli 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm)

Gli aghi sterili per prelievi multipli e singoli e gli adattatori Luer sterili, sono marchiati CE come da Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici" DM, ora emendata.

Per i Dispositivi Medici sono disponibili i certificati da Ente Notificato (ad esclusione dei prodotti rientranti nella Classe I non sterile) e le dichiarazioni di conformità CE.



Aghi sterili per prelievi multipli 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm)

Colore verde

Codice	Descrizione	Colore	Scadenza	Pezzi per conf.
2926504	Aghi sterili per prelievi multipli 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm)	Verde	36 mesi	100