

Pipette graduate sierologiche

Pipette realizzate in polistirolo cristallo, trasparente e biologicamente inerte, in un unico pezzo senza saldature, con tampone di sicurezza in acetato di cellulosa.

- Inaccuratezza: $\leq \pm 1\%$
- Imprecisione: $< 2\%$
- Sterilizzazione: radiazioni ionizzanti in conformità ad un metodo validato in accordo alla ISO 11137-1:2006.
- Apirogenicità: assenza di endotossine, quindi esenti da sostanze pirogeniche per via del particolare procedimento costruttivo.
- DNAsi – RNAsi: per il metodo produttivo e di confezionamento altamente automatizzato con cui sono prodotte, le pipette presentano normalmente assenza di questi enzimi.
- Codice colore: conforme alla norma ISO 1769.
- Dispositivi medico Diagnostici in Vitro (IVD) in conformità della quale riportano la marcatura CE



| Codice | Descrizione | Capacità ml | Colore | Conf.singola | Sterili | Pezzi per conf. |
|----------|---|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|
| 02160110 | Pipette graduate sierologiche ml 1 sterili in conf.singola | 1 | giallo | si | si | 1000 |
| 02160111 | Pipette graduate sierologiche ml 1 sterili in conf. da 25 pezzi | 1 | giallo | no | si | 1000 |
| 02160119 | Pipette graduate sierologiche ml 1 non sterili | 1 | giallo | no | no | 1000 |
| 02160210 | Pipette graduate sierologiche ml 2 sterili in conf.singola | 2 | verde | si | si | 1000 |
| 02160211 | Pipette graduate sierologiche ml 1 sterili in conf. da 25 pezzi | 2 | verde | no | si | 1000 |
| 02160219 | Pipette graduate sierologiche ml 1 non sterili | 2 | verde | no | no | 1000 |
| 02160510 | Pipette graduate sierologiche ml 5 sterili in conf.singola | 5 | azzurro | si | si | 500 |
| 02160511 | Pipette graduate sierologiche ml 5 sterili in conf. da 25 pezzi | 5 | azzurro | no | si | 500 |

| Codice | Descrizione | Capacità ml | Colore | Conf.singola | Sterili | Pezzi per conf. |
|---------------|--|--------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 02160519 | Pipette graduate sierologiche ml 5 non sterili | 5 | azzurro | no | no | 500 |
| 02161010 | Pipette graduate sierologiche ml 10 sterili in conf.singola | 10 | arancio | si | si | 500 |
| 02161011 | Pipette graduate sierologiche ml 10 sterili in conf. da 25 pezzi | 10 | arancio | no | si | 500 |
| 02161019 | Pipette graduate sierologiche ml 10 non sterili | 10 | arancio | no | no | 500 |
| 02162510 | Pipette graduate sierologiche ml 25 sterili in conf.singola | 25 | rosso | si | si | 200 |