

## Pipette graduate sierologiche ml 5 sterili in conf. da 25 pezzi

### div. 1/10

Pipette realizzate in polistirolo cristallo, trasparente e biologicamente inerte, in un unico pezzo senza saldature, con tampone di sicurezza in acetato di cellulosa.



- Inaccuratezza:  $<\pm 1\%$
- Imprecisione:  $< 2\%$
- Sterilizzazione: radiazioni ionizzanti in conformità ad un metodo validato in accordo alla ISO 11137-1:2006.
- Apirogenicità: assenza di endotossine, quindi esenti da sostanze pirogeniche per via del particolare procedimento costruttivo.
- DNAsi – RNAsi: per il metodo produttivo e di confezionamento altamente automatizzato con cui sono prodotte, le pipette presentano normalmente assenza di questi enzimi.
- Codice colore: conforme alla norma ISO 1769.
- Dispositivi medico Diagnostici in Vitro (IVD) in conformità della quale riportano la marcatura CE

| Codice   | Descrizione                                                     | Capacità ml | Colore  | Conf.singola | Sterili | Pezzi per conf. |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|
| 02160511 | Pipette graduate sierologiche ml 5 sterili in conf. da 25 pezzi | 5           | azzurro | no           | si      | 500             |