

Pipette graduate sierologiche ml 10 sterili in conf.singola

div. 1/10

Pipette realizzate in polistirolo cristallo, trasparente e biologicamente inerte, in un unico pezzo senza saldature, con tampone di sicurezza in acetato di cellulosa.



- Inaccuratezza: $<\pm 1\%$
- Imprecisione: $< 2\%$
- Sterilizzazione: radiazioni ionizzanti in conformità ad un metodo validato in accordo alla ISO 11137-1:2006.
- Apirogenicità: assenza di endotossine, quindi esenti da sostanze pirogeniche per via del particolare procedimento costruttivo.
- DNAsi – RNAsi: per il metodo produttivo e di confezionamento altamente automatizzato con cui sono prodotte, le pipette presentano normalmente assenza di questi enzimi.
- Codice colore: conforme alla norma ISO 1769.
- Dispositivi medico Diagnostici in Vitro (IVD) in conformità della quale riportano la marcatura CE

Codice	Descrizione	Capacità ml	Colore	Conf.singola	Sterili	Pezzi per conf.
02161010	Pipette graduate sierologiche ml 10 sterili in conf.singola	10	arancio	si	si	500