# Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 50 x 50

La carta crespata viene utilizzata per mantenere sterili i contenuti del confezionamento dopo la sterilizzazione, durante il periodo di stoccaggio prima dell'utilizzo.



Può essere utilizzata per procedure di sterilizzazione a vapore in autoclave, E.O gas e formaldeide. Si utilizzano unitamente ai nastri indicatori, che presentano un lato adesivo per chiudere i pacchi e un lato con gli indicatori che segnalano l'avvenuta sterilizzazione.
Conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della Direttiva Europea 93/42/CEE e successsive modifiche (es. Direttiva Europea 2007/47/CE concernente i dispositivi medici), come prescritto dall'allegato VII del Decreto medesimo.
Conformi alle normative:
UNI EN 868-5:2009, UNI EN ISO 11607-1-2:2017 e ISO 11140-1:2015.

| Codice | Descrizione | Dimensioni mm | Pezzi per conf. |
|---|---|---|---|
| 4420105 | Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 50 x 50 | 500 x 500 | 500 |