

# KERN PBJ620-3M

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell e certificazione di approvazione [M]



## Sistema di misurazione

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Divisione [d]:                                      | 1 mg                                        |
| Intervallo di riscaldamento:                        | 4 h                                         |
| Linearit :                                          | 2 mg                                        |
| Peso di calibrazione consigliato:                   | 200 g (F1)                                  |
| Peso minimo (USP):                                  | 2 g                                         |
| Portata [Max]:                                      | 620 g                                       |
| Possibilit  di regolazione:                         | Registrazione con peso interno (automatica) |
| Riproducibilit :                                    | 1 mg                                        |
| Risoluzione:                                        | 620000                                      |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: | 2,500 s                                     |
| Unit  di misura:                                    | ct kg g                                     |

## Display

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Altezza cifre di display (grande): | 1,400 cm |
|------------------------------------|----------|

## Dati tecnici di taratura

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Carico minimo [Min]:                           | 100 mg  |
| Classe di taratura:                            | I       |
| Divisione omologata [e]:                       | 10 mg   |
| Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU: | si      |
| Periodic Verification for Italy:               | 969-112 |
| Possibilit  di taratura in fabbrica:           | si      |

## Conteggio

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio): | 1 mg   |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):     | 10 mg  |
| Risoluzione conteggio:                            | 620000 |

## Funzioni

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Determinazione percentuale:                | si     |
| Funzione di conteggio:                     | si     |
| Funzione di determinazione della densit :  | si     |
| Funzione di dosaggio:                      | si     |
| Funzione peak:                             | si     |
| Funzione PRE-TARE:                         | si     |
| Funzione standby:                          | si     |
| Indicatore ora:                            | si     |
| Pesata con approssimazione:                | si     |
| Pesata sottobilancia:                      | Gancio |
| Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica): | si     |
| Visualizzazione capacit :                  | si     |

## Condizioni ambientali

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente minima:   | 10  C |
| Temperatura d'impiego massima: | 30  C |
| Umidit  dell'aria massima:     | 80 %  |

## Alimentazione

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Alimentatore:                                    | Alimentatore esterno   |
| Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura: | EURO CH UK US          |
| Tensione in entrata:                             | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

## Servizi (opzionale)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Certificato DAkkS: | 963-103 |
| Omologazione:      | 965-201 |

## Categoria

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Categoria:     | Balance                |
| Product Group: | Bilancia di precisione |

## Imballaggio & spedizione

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxAl): | 370 x 580 x 255 mm |
| Peso lordo:                      | 5,815 kg           |
| Peso netto:                      | 4,080 kg           |
| Spedizione:                      | 24 h               |
| Tipo della spedizione:           | Corriere           |

## Forma

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Camera di pesata (LxPxAl):               | 180 x 193 x 87 mm  |
| Dimensioni alloggiamento (LxPxAl):       | 210 x 330 x 70 mm  |
| Dimensioni gabbietta antivento (LxPxAl): | 202 x 228 x 103 mm |
| Dimensioni piatto di pesata (LxPxAl):    | 108 x 105 x 5 mm   |

# KERN PBJ620-3M



Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell e certificazione di approvazione [M]

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Livella:                          | si           |
| Materiale dell'alloggiamento:     | Alluminio    |
| Materiale della piatto di pesata: | acciaio inox |
| Piedini girevole:                 | si           |
| Superficie di pesata (LxP):       | 112 x 112 mm |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

